ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

Código Equipo: M7J55169017 | Fecha Inicio: 04/11/21 10:43 | Fecha Fin: 04/11/21 12:15

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÁREA	GANG.	CLASE BARO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

OBSERVACIONES DEL ESTADO GENERAL DEL EQUIPO ANTES DE INICIAR

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-HI)	FILTROS (20-30u)	FILTROS (20-30u)	GASS (20-30u)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20-30u)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (20-30u)	RUEDAS (40-60u)	OBSERVACIONES
	1158	8.6	95.1	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 1 hora	Sonará Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	[illegible]	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	[illegible]	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al activar el equipo a fuente	OK pues k
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma (LL - LJ - 2l)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma [illegible]	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Cuando interrumpe el flujo se abre la válvula	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-HI)	FILTROS (20-30u)	FILTROS (20-30u)	GASS (20-30u)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20-30u)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (20-30u)	RUEDAS (40-60u)	OBSERVACIONES
	1159	8.6	94.8	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]