



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA TO
 Código: SAC-DM-FR-001
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/05/2010
 Página 1 de 2

Fecha Emisión: _____ Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento _____ No. Orden _____

Código Equipo: **AN-16363** Fecha Inicio: **09/10/21** 9:12 Fecha Fin: **21/10/21** 10:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA (DAÑO / CLASIFICACIÓN)	CAUSAS	EFECTOS	REPARO Y CAMBIOS
			SI No
			SI No
			SI No
			SI No
			SI No
			SI No
			SI No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMAS	OTROS	USAR	CÓDIGO DE FALLAS			FUEGOS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	Flujo (SI/NO)				DAÑO (SI/NO)	MANEJO (SI/NO)	OTROS (SI/NO)		
	5867	6.3	95.1	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Cont preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **90 min** 2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: 5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Bueno** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: **SI** 8. CON SERVICIO: 9. MANTENIMIENTO:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Se verifica el estado de la pila	SI
2	Prueba de Fuga	Se verifica la conexión correcta del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión alarmera	Se verifica la conexión alarmera	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica si suena al activarse	OK
6	Otros:		OK
7	Otros:		OK

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Bujón)	Se verifica la acción de la alarma (SI/NO)	NO
2	Flujo Máximo	Se verifica la acción de la alarma (SI/NO)	NO
3	Desconexión eléctrica	Actúan alarma alarma	OK
4	Desconexión Legajo de Flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Añadición de válvula de alivio	Quitar manguera y no suena alarma de compresor	OK
6	Otros:		OK
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMAS	OTROS	USAR	CÓDIGO DE FALLAS			FUEGOS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	Flujo (SI/NO)				DAÑO (SI/NO)	MANEJO (SI/NO)	OTROS (SI/NO)		
	5865	6.3	94.5	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Conato preventivo

FIRMA MANUTENCIÓN: **Wilmer G.**