ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAD-MANT-X-000
Versión: 1 | Fecha Aprobación: 8/06/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Asesor Mantenimiento: | No. Orden:

Código Equipo: NN-16298 | Fecha Inicio: 04/11/21 9:03 | Fecha Fin: 04/11/21 10:54

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMAS REPORTADO (PERSONA DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPORTA	REQUIERE CUIDADO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (85%-95%)	FLUJOMETRO (El-Ne)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ne)	Pila (El-Ne)	"Flujo = 0" (LO-ES)	ALTO FLUJO (El-Ne)	FLUJO BAJO (El-Ne)	FUGAS (El-Ne)	CODIGO DE BARRAS: BARRA (El-Ne)	SIMBOLO (El-Ne)	SUCIEDAD (El-Ne)	OBSERVACIONES
	12165	5.0	70.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctamente

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 4 min | Genera Alarma: No [X] | On/Off: El

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verificación de carga	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifica [illegible]	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo Refrigeración	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suministro)	Se verifica [illegible]	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de [illegible]	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión [illegible]	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Liberar [illegible]	Bueno
6	Otros:		
9	Otros:		
0	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (85%-95%)	FLUJOMETRO (El-Ne)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ne)	Pila (El-Ne)	"Flujo = 0" (LO-ES)	ALTO FLUJO (El-Ne)	FLUJO BAJO (El-Ne)	FUGAS (El-Ne)	CODIGO DE BARRAS: BARRA (El-Ne)	SIMBOLO (El-Ne)	SUCIEDAD (El-Ne)	OBSERVACIONES
	12166	6.2	94.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correct Funcionamiento

FIRMA RESPONSABLE: Wilmer G.