OXIPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAD-MAN-FR-009 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 09/08/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Codigo Equipo | MV-1665B | Fecha Inicio | 04/11/21 7:35 | Fecha Fin | 04/11/21 9:10 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | V | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | ESTADO | EL PERDIDO | REPUESTO | CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |

SEGURA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CODIGO DE BARRAS: MAST (Si-No) | CAJA (Si-No) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5301 | 6.2 | 93.3 | Si | Si | Si | Lo | Si | Si | Si | No | Si | Si | Mant. Preventivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Generó Alarma | No X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | Que Sobrecalentamiento | | | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica [illegible] | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifica [illegible] | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LO - LE - ES) | Lo |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma [illegible] | Lo |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Bueno |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión línea eléctrica | Bueno |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Bueno |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si-No) | FILTROS (Si-No) | BASE (Si-No) | CODIGO DE BARRAS: MAST (Si-No) | CAJA (Si-No) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5302 | 6.0 | 92.0 | Si | Si | Si | Lo | Si | Si | Si | No | Si | Si | Funciona Correctamente |

FIRMA MA. ITEN AVIDO: Wilman G.