



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 OX-MAN-FR-008
 Fecha Actualización: 06/08/2016
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____
 No. Orden: _____
 Código Equipo: **201807000074** Fecha Inicio: **04/11/21** 7:34 Fecha Fin: **04/11/21** 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	CAUSAS	PLASMAN				

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Falso 0" (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	FLUJO (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)
40720	6.9	95.3	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Man? Preventions
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Ganó Alarma		X		SI		SI			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		B X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		B X	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				T. CONTROL. DE TEMPERATURA		SI		SI		SI		SI	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Se verifica estado de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de la alarma de escape	OX
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Falso 0 (Cerrar Flujo)	Se verifica activación de alarma (SI, NO)	N.A
2	Falso Máximo	Se verifica activación de alarma (SI, NO) con alarma y 1.1-0 FT	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Cerrar manguera de escape de aire de compresor	OX
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI/NO)	PIA (SI/NO)	"Falso 0" (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	FLUJO (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	ALARMA (SI/NO)	
40720	6.9	95.0	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Finalizada Correctamente