ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	OXD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	7FSE2UB110G00054	Fecha Inicio	05/11/21 9:03	Fecha Fin	05/11/21 9:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA SUMINISTRADO OPERATIVO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CASE DAÑO	DESCRIPCION	CANT. ACT.	CANT. REPORTE	REQUIERE CAMBIO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR TECNICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	RIELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUE	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(20% - 98%)	(5l-6s)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
	8989	6.3	70.0					Si	Si	Si	Si	Si	Si	Baja pureza

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	Presenta baja pureza

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión líneas eléctricas	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	RIELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUE	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(20% - 98%)	(5l-6s)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
	8989	6.3	70.0					Si	Si	Si	Si	Si	Si	Baja pureza

FIRMA MANTENIMIENTO