



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Codigo: GAD-AMH-PA-028
 Version: 1 Fecha Actualización: 02/08/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: Revisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Codigo Equipo: **AN-4399B** Fecha Inicio: **04/01/21** 7:30 Fecha Fin: **04/01/21** 9:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

TALLA	DANO	PLAGA	DANO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	RESPUESTA CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIBENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REGULAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (S-MS)	Fila (S-MS)	"Flejo a 0"	(S-MS)	(S-MS)	(S-MS)				BASE (S-MS)	ALARMA (S-MS)	(S-MS)		
MAN	61	90.7	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI			Man. Correctos	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		33 min		Generó Alarma		No		SI		Cual?		No				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Mala		
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o Lume	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
76m12		2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo a 0 (Cierre Flujozero)	Se verifica activación de alarmas (SL - L0 - ES)	ES
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (SL-L0-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión telega de flejo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Oscilaci manguero de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIBENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REGULAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (S-MS)	Fila (S-MS)	"Flejo a 0"	(S-MS)	(S-MS)	(S-MS)				BASE (S-MS)	ALARMA (S-MS)	(S-MS)		
MAN	63	94.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI					funciona Correctamente	
FIRMA MANTENIMIENTO																Intimar G.		