

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Revisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **no. 6143** Fecha Inicio: **04/11/21** **10:03** Fecha Fin: **04/11/21** **11:58**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

AREA	DAÑO	CLASE DAÑO	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (Pila)	Pila (Pila)	"Fuga a 0"				BASE (P-10)	BASE (P-10)		
1698	5.8	883	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		30 min		Gener. Alarma	No	Si	X	Cuñ?	No				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	Motas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		No	Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrealentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje en la pila	4.3V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre B) (Ámbito)	Se verifica activación de alarmas (L-1, L-2, B5)	ES
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonido LED Pila : (L1, L2, B5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de Fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Cerrar transpirador de escape de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fuga a 0"				BASE (P-10)	BASE (P-10)		
1644	6.4	948	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Fuera de Funcionamiento Correctamente

FIRMA SANITARIA: **Wlmarly**