



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código	GM-MAN-PR-025
versión 1	Fecha Actualización: 03/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Emisión	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
---------------	------------	------------------------	-----------

Identificación del Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Código Equipo: DM190315164	8/11/21 9:17	09/11/21 10:56

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

FALLA	DARO	CLASE DARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	
					SI	REPORTE
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

APUNTA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a B" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
2483	0.7	95.2	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Ment. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		9 min		Genero Alarma		No		SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		
3. DAÑOS IDENTIFICADOS														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Subcalefacción		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otra:		pruek
7	Otra:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Cera Acústica)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	N.A
2	Fuga Marea	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L2-E3)	N.A
3	Conexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alta	Chequear manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otra:		
7	Otra:		
8	Otra:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a B" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
2485	0.7	94.7	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Correcto funcionamiento Indicador G

FIRMA MANTENIMIENTO: *Indicador G*