



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAD-MAL-FR-005
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 01/08/2018
 Página 1 de 2

Tiempo Reservado: _____ Remisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Identificación del Equipo
 Código Equipo: **PR190815 002** Fecha Inicio: **21/11/21** Fecha Fin: **09/11/21** 12:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
 SI: NO: FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FILTRIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCRIPCIÓN	PIA	"Flujo a F"	RELLAS	FILTROS	BASE			
135 ^h	8.1	75.7	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Mant. Presentes
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Generar Alarma	X		SI	Cuest				
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	M		3. ESTADO DE MANGUERAS		X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		X		Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		5:		Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	Ox
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ox
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ox
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ox
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Ox fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga - 2 (Cierre Fajonero)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - E3)	N.A
2	Fuga Masera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + LL-L3-E3)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ox
4	Desconexión tarjeta de Red	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FILTRIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCRIPCIÓN	PIA	"Flujo a F"	RELLAS	FILTROS	BASE			
135 ^h	8.1	75.3	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Correcto Firma Mantenimiento Wibner G