ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NW-2116B	Fecha Inicio	08/11/21 7:30	Fecha Fin	09/11/21 10:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |

SINTOMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SOPORTE	REPUESTO		AMBULATORIO	
	X		Base	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DATOS ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-No)	Pila (El-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El - No)	FILTROS (El - No)	BASE (El - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	MANIJA (El - NO)	RUEDAS (El - No)	OBSERVACIONES
	14117	6.0	86.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	NO	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	27 min	Generó Alarma	No		Si X	Cual?	20	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			
	Manguera tamiz	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rejómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (El-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-No)	Pila (El-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El - No)	FILTROS (El - No)	BASE (El - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - NO)	MANIJA (El - NO)	RUEDAS (El - No)	OBSERVACIONES
	14119	6.3	95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO