



ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FORMATO: OAD-000077-000  
Fecha Actualización: 03/08/2019  
Página 1 de 2

Fecha: Remisión a: No. Orden: Codigo Equipo: NW-4071B Fecha Inicio: 13/11/21 Hora Inicio: 7:35 Hora Fin: 9:03

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, X, FECHA INICIO, FECHA FIN, REPUESTOS (C/O). Includes handwritten entry: Switch cambiado.

Table with columns: En Mantenimiento, HIDROMETRO, PRESION, QUADRO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, CODIGO DE ALARMA, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: Buena, Si, 19min, Mant. Correctivo.

Table with columns: No., Prueba, Resultado. Includes tests: Estado Pila 5.5 V (4.3V), Prueba de Fugas (OK), Conexión eléctrica (OK), Prueba de alarma (OK).

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: 74012, 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Resultado. Includes tests: Flujo #3 (Diana Redmond) (OK), Flujo Varios (OK), Desconexión eléctrica (OK), Desconexión por fuga (OK).

Table with columns: En Mantenimiento, HIDROMETRO, PRESION, QUADRO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes: Buena, Si, Correcto funcionamiento.