



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: SAGUAM-FR-005
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2016
Página: 1 de 2

Fecha: Revisión: Asesor: No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: MW-2563B Fecha Inicio: 10/1/12 9:12 Fecha Fin: 10/6/12 10:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO Y FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, BARRA, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, D. REPORTE, RESPUESTA CAMBIADO. Row 1: falla central, L, SI, X, NO.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESION, OREGENO, FILUOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRA, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests and observations like 'Plant. Correctas'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results like '4.7v', 'OK', 'OK', 'OK', 'parte'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row 1: Membrana tubo refrigeración, L.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo - 3 (Cierre Subterráneo)', 'Flujo Normal', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión línea de fase', 'Activación de válvula de alivio' with results like 'ES', 'LO', 'actua', 'actua', 'actua'.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESION, OREGENO, FILUOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRA, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'FORMA MANTENIMIENTO: Wilber G.'.