



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: 0431-MM-FR-008
Version: 1
Fecha Actualización: 05/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción, Revisión R, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden

Identificación del Equipo: Código Equipo: DM190815050, Fecha Inicio: 12/4/21, Fecha Fin: 16/4/21, Hora: 8:31

Equipo contaminado por posible plaga: SI, NO, X, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI REPORTE, REQUERIDO CAMBIADO. Includes rows for various failure types and a 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE' section.

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Maintenance area form with sections: En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Óxígeno, Fluómetro), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Fuga, Fuga a S), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes sub-sections for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. DAÑOS IDENTIFICADOS, 4. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 5. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists diagnostic tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma' with results like 'OK', 'Ux', 'fuerte'.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Empty table for parts inventory.

Table with columns: No., Prueba / Situación, Descripción, Resultado. Lists alarm tests: 'Fuga + 0 (Cierre flujo/manto)', 'Fuga Manto', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de sonda de pH' with results like 'N.A.', 'Ux', 'N.A.', 'N.A.'.

Final maintenance area form with sections: En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Óxígeno, Fluómetro), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes a signature line: 'FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.' and handwritten notes: 'Correcto funcionamiento'.