



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: GAD-MAN-FR-000
 Versión: 1 Fecha Actualización: 02/08/2010
 Página 1 de 2

Fecha Emisión: _____ Remitido #: _____ Asesor Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **AN-42080** Fecha Inicio: **11/11/11 7:35** Fecha Fin: **11/11/11 9:08**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA NICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA / DAÑO IDENTIFICADO	REPARO IDENTIFICADO	REPERTE CAMBIADO
		SI No
		SI No
		SI No
		SI No
		SI No
		SI No
		SI No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Falso a 5" (SI-NO)				SABE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)		
	13720	6.2	94.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **90 min** Generó Alarma: **NO** Causa? _____

2. RIADO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena Mala 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica trabajo de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es audible o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Falso a 0 (Cierre 5g/metro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Falso a Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Cuchito
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Cuchito
5	Activación de válvula de flujo	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Cuchito
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Falso a 5" (SI-NO)				SABE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)		
	13720	6.2	94.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: *William G.*