



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-FR-008
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/06/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Acóller Mantenimiento: No. Orden:

Identificación de Equipo: Código Equipo: **D7119001514B** Fecha Inicio: **12/11/21** 10:30 Fecha Fin: **12/11/21** 11:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, FECHA INICIO, FECHA FIN, CUANTIDAD, EQUIPO CAMBIADO. Includes rows for various equipment types like 'CICLO', 'RUIDO EXTRAÑO', etc.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flujo a 0"), BUELLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes like 'rent. preventivo' and 'Bueno'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Inventory or parts list section.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flujo a 0"), BUELLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes like 'Fuerza Correctamente'.

Signature section: FIRMA MANTENIMIENTO: *Wilmar G.*