

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Asistir Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **07170815115** Fecha Inicio: **12/11/21** 10:27 Fecha Fin: **12/11/21** 11:38

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

TIPO DAÑO	CLASIFICACIÓN	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REQUISITO CERRADO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (B-4)	Pila (B-5)	"Flujo a 0" (B-6)	RELLAS (B-1)	FILTROS (B-2)	BASE (B-3)	BASE (B-10)				MANEJA (B-11)
314	8.0	94.7	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba: 1 hora		Generó Alarma: NO		Cual? _____									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Buena					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulmetro)	Se verifica activación de alarmas (L1-L6-EG)	N/A
2	Flujo Máquina	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L6-EG)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N/A
5	Activación de vibrata de alido	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	NA
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (B-4)	Pila (B-5)	"Flujo a 0" (B-6)	RELLAS (B-1)	FILTROS (B-2)	BASE (B-3)	BASE (B-10)			
315	8.0	94.2	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	Fuerza Correctamente William G.
FIRMA MANTENIMIENTO														