

Fecha Revisión: _____ Revisión a: _____ Analista: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **AN-2551B** Fecha Inicio: **12/11/21** 7:32 Fecha Fin: **12/11/21** 9:06

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	CANTIDAD	SI	NO	REPORTE	REQUERIDO CAMBIOS

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OSIDENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (E-NO)	Pila (E-NO)	"Fijo a 0" (E-NO)				BARRA (E-NO)	MANEJA (E-NO)	(E-NO)			
	26279	62	92.6	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Man. preventivo		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		NO									
2. RUIDO EXTRAÑO	SI				3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena				4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena			
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK / parte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre flejo/motor)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - ES)	ES
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L3-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconecta líneas eléctricas	Activo
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OSIDENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-NO)	Pila (E-NO)	"Fijo a 0" (E-NO)				BARRA (E-NO)	MANEJA (E-NO)	(E-NO)		
	26279	63	91.8	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Funciona Correctamente	
FIRMA MANTENIMIENTO														Wilber G.	