

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **DM120085159** Fecha Inicio: **13/11/21** **8:53** Fecha Fin: **13/11/21** **9:58**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

TALLA	DANO	CLASE DANO	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	CANTIDAD	REPORTE	REPARADO	CAMBIO
									SI	NO
									SI	NO
									SI	NO
									SI	NO
									SI	NO
									SI	NO
									SI	NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila	"Fugo a S"	EXT	MANGA				REAR			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							(SI-NO)		
	3258	8.7	95.7	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	Ment. preventivo	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **1 hora** Genero Alarma: **NO** Cuel?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: **NO** Malo

5. DATOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Bueno** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno **SI** Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre flejómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ED)	N/A
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (LL-LD-ED)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de flujo	Cambiar manguera de salida de aire de compresor	N/A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila	"Fugo a S"	EXT	MANGA				REAR			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							(SI-NO)		
	3258	10.7	95.4	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	funciona correctamente	

FORMA MANTENIMIENTO: **Wilmar G.**