ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2956B	Fecha Inicio	12/11/21 8:50	Fecha Fin	13/11/21 10:36

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTORNA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

PLAGA	DAÑO	CLASIFICADO	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES DADAS POR PACIENTE

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ac)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-Ac)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El-Ac)	FILTROS (El-Ac)	BASE (El-Ac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - MC)	RUEDAS (El-Ac)	OBSERVACIONES
12802	6.					ES				NO			

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	No arranca bien												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.30
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Leve
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Capacitor	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Ac)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El-Ac)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El-Ac)	FILTROS (El-Ac)	BASE (El-Ac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El - MC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (El - MC)	RUEDAS (El-Ac)	OBSERVACIONES
12803	6.3	91.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Flotando Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO