ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPRO

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	DN190815027	Fecha Inicio	13/4/21 10:20	Fecha Fin	13/4/21 11:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Sí		No	
						Sí		No	
						Sí		No	
						Sí		No	
						Sí		No	
						Sí		No	
						Sí		No	

DETALLES DAÑOS CAUSADOS POR PACIENTES

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA	RUEDAS	OBSERVACIONES
(Hrs)	(5-7 PSI)	(90%-99%)	(Sí-No)	(Sí-No)	(Sí-No)	(LO-ES)	(Sí-No)	(Sí-No)	(Sí-No)	(Sí-No)	(Sí-No)	(Sí-No)	
935	8.3	95.7	sí	Sí	Sí	N.A	Sí	Sí	Sí	N.A	sí	Sí	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	7 hor	Generó Alarma	No X	Si		Cuál?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X				
3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas					
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo					

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Sí	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica actuacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Actuación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

De Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA	RUEDAS	OBSERVACIONES
(Hrs)	(5-7 PSI)	(90%-99%)	(Sí-No)	(Sí-No)	(Sí-No)	(LO-ES)	(Sí-No)	(Sí-No)	(Sí-No)	(Sí-No)	(Sí-No)	(Sí-No)	Funciona Correctamente
936	8.1	95.5	Sí	Sí	Sí	N.A	Sí	Sí	Sí	N.A	Sí	Sí	FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]