

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Remisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **DN190B15130** Fecha Inicio: **16/11/12** 8:34 Fecha Fin: **16/11/12** 9:46

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

AREA	DAÑO	CLASIFICACION	REQUERIDO	CANTIDAD	ADOPCIÓN	REQUERIDO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (21-24)	Pila (25-26)	"Fijo a 0"				BASE (27-30)	BARRA (31-32)			RUEDA (33-34)		
4603	8.0	95.5	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	mant preventivo				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 hora		Generó Alarma		No		SI		Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	fuerse
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del dispositivo identificado: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijaje a 0 (Cero flujo/metro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - ES)	N.A
2	Fijaje Máquina	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LB-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fijaje	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obtención muestra de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (21-24)	Pila (25-26)	"Fijo a 0"				BASE (27-30)	BARRA (31-32)		
4603	8.0	95.5	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	firmas correctamente	
FIRMA MANTENIMIENTO													Kilmer G.	