



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAG-MAI-FR-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 08/08/2015
Página 1 de 2

Fecha Recepción: [] Remedio # [] Auxiliar Mantenimiento: [] No. Orden: []

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Código Base: 201807000006 Fecha Inicio: 17/11/14 7:32 Fecha Fin: 17/11/14 9:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, NO. REPORTE, REPARO CAMBIADO (SI/NO).

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO
En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.
Handwritten: Mant. preventivo

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado.
1. Estado Pila 3.5 V: OK
2. Prueba de Fugas: OK
3. Conexión eléctrica: OK
4. Conexión electrónica: OK
5. Prueba de alarma: OK
6. Otros: OK
7. Otros: OK

Descripción del Regístrico Identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado.
1. Fuga + 2 (Carga Neumática): N/A
2. Fuga Vacío: N/A
3. Desconexión eléctrica: OK
4. Desconexión carga de Rápido: N/A
5. Activación de válvula de alivio: N/A
6. Otros: N/A
7. Otros: N/A
8. Otros: N/A

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.
Handwritten: Fumadora Correctamente
FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G