ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2015
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MN-3199B | Fecha Inicio: 17/11/21 9:47 | Fecha Fin: 17/11/21 11:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO (OPERADOR DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
	X		Base	1		Si [X]	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

TRABAJOS REALIZADOS

ANTES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (4-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vac)	Pila (5 Vdc)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 Vac)	FILTROS (5 Vac)	BASE (5 Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5 - VO)	RUEDAS (5 Vac)	OBSERVACIONES
	12385	6.3	92.9	5:	5:	5:	ES	5:	5:	100	5:	5:	5:	Mant. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Generó Alarma: NA [X] Si [ ] Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] NA [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena 5: | Con Sobrecalentamiento:

DURANTE EL MANTENIMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LAS ALARMAS Y CALIDAD EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Cuerno
4	Desconexión carpeta de flujo	Desconecte linea eléctrica	Cuerno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Cuerno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DESPUES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vac)	Pila (5 Vdc)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 Vac)	FILTROS (5 Vac)	BASE (5 Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5 - VO)	RUEDAS (5 Vac)	OBSERVACIONES
	12386	6.3	92.0	5:	5:	5:	ES	5:	5:	Si	NO	5:	5)	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.