ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GADMAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualización: 10/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN - 47048	Fecha Inicio	18/11/21 7:27	Fecha Fin	18/11/21 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

PRODUCCION EN PLANTA

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 Psi)	OXIGENO (18% - 20%)	FLUJOMETRO (5-6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5-6Lpm)	FILTROS (5-6Lpm)	BASE (5-6Lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5-6Lpm)	OBSERVACIONES
	9004	6.0	19.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	No X		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

Pruebas Electricas

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO DE LIMPIEZA EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rudimario)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja + LED amarilla y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 Psi)	OXIGENO (18% - 20%)	FLUJOMETRO (5-6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-6Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5-6Lpm)	FILTROS (5-6Lpm)	BASE (5-6Lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5-6Lpm)	OBSERVACIONES
	9005	6.2	93.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	