



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OX-MAN-FR-002
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/08/2015
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Código Equipo: AW-3255B Fecha Inicio: 19/10/11 8.53 Fecha Fin: 18/10/11 10.29

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FILA, DAÑO, CÓDIGO DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, EL REPORTE, REPUERTO CAMBIADO (SI/NO)

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLEUOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES
11200 6.5 96.1 Si Si Si ES Si Si Si Si Si Si
1. CICLADO: Tiempo de la prueba 90 min Generó Alarma A
2. RUIDO EXTRAÑO: Si X 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena Malas
5. DAÑOS IDENTIFICADOS
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si Con Sobrecalentamiento

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado
1. Estado Pila 5.5 V: Verifica voltaje de la pila 4.8V
2. Prueba de Fugas: Se verifica conexión neumática del equipo BX
3. Conexión eléctrica: Se verifican las conexiones eléctricas del equipo CX
4. Conexión electrónica: Se verifican las conexiones electrónicas del equipo OX
5. Prueba de alarma: Se verifica sonido si es agudo o fuerte OX parte
6. Otros
7. Otros

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado
1. Fuga + 0 (Cama Acostada): Se verifica activador de alarma (L1 - L3 - E1) ES
2. Fuga Manera: Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L3-E1) B
3. Detector de alarma: Activador alarma sonora Activo
4. Detector de alarma de fuga: Detector línea eléctrica Activo
5. Activación de válvula de aire: Control manual de la salida de aire de compresor Activo
6. Otros
7. Otros
8. Otros

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLEUOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES
11201 6.3 95.0 Si Si Si ES Si Si Si Si Si Si
FIRMA MANTENIMIENTO: [Signature]