



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-MAN-FR-08
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/06/2019
Página: 1 de 2

Fecha Recepción: Remisión: Avísos Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: NW-4445B Fecha Inicio: 18/11/21 12:28 Fecha Fin: 18/11/21 12:39

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, BARRA, CLASIFICACION, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Row 1: X, switch encendido, 1, SI, X, No.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACENTE

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 1593, 6.3, 94.1, Si, Si, Si, ES, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows 1-7 detailing various tests like 'Estado Pila S.S.V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with handwritten results.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows 1-6 detailing simulation tests like 'Flujo + 0 (Cierre Regulament)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de Red', 'Activación de válvula de aire'.

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 1593, 6.3, 93.8, Si, Si, Si, ES, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si.