ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 30/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Narración | Narración # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: DR1908150 73 | Fecha Inicio: 19/4/21 7:36 | Fecha Fin: 19/4/21 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [X] | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | **FECHA FIN AISLAMIENTO**

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MS)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MS)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	666	8.4	95.0	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	[ ]	Si	[ ]	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena [X]	[ ]	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno [X] / [ ] / Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO TECNICO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK Prueba
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

ELEMENTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS, VALVULAS DE CONTROL

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 2 (Cierre Rotómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tubería de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MS)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - MS)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	667	8.2	94.5	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO