ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	OXI-MANTTR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remision: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NV-2213B | Fecha Inicio: 5/11/21 9:02 | Fecha Fin: 19/11/21 10:34

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

ANTES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (92% - 96%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	Pila (5l/min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/min)	BARRA (5l/min)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
	73540	6.0	94.3	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Mant. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Genero Alarma: No [X] Si [ ] Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena 5l | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TECNICO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnostico identificado:

CAMBIO REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LUEGO DE CAMBIO REPUESTOS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

DESPUES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (92% - 96%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	Pila (5l/min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/min)	BARRA (5l/min)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
	73763	6.0	93.7	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Concepto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: