ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-F-R-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-1509B | Fecha Inicio: 19/11/21 9:25 | Fecha Fin: 19/11/21 10:38

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | | **FECHA FIN AISLAMIENTO** |

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE MEDIDA

APLICA SI MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo o E" (LO-ES)	REJILLAS (5 Vac)	FILTROS (5 Vac)	BASE (5 Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5 Vac)	OBSERVACIONES
	14893	60	90.6	5 L	5	5	ES	5	5	5	NO	5	5	Mant preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	9 min	Genero Alarma	SI	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	5 L	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO FALLAS

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.91
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	perfecto
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

CAMBIO REPUESTOS

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS LAMPARAS, SALIDAS DE CO2 Y ALARMAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo > 2 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión Valvula de flujo	Desconecta linea electrica	Activo
5	Activación con válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE MEDIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vac)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo o E" (LO-ES)	REJILLAS (5 Vac)	FILTROS (5 Vac)	BASE (5 Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5 Vac)	OBSERVACIONES
	14895	6.4	95.2	5 L	5	5	ES	5	5	5	NO	5	5	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO