



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: CAC-AM-F5-03
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 03/04/2010
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **7F5AB2A9020820** Fecha Inicio: **20/10/21** 10:33 Fecha Fin: **20/10/21** 10:51

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DIAGN	CLASE DIAGN	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANT POR TI	RESULTADO CAMBIO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR FALLAS:

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CORRIENTE	FLEUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	FILTROS	SALIC	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (0-30)	Fuga (0-30)	"Fuga a 0"				001 (00-01)	002 (02-03)		
15159		36.7												
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma		Si	No	Si	Ces?				
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
7. CONTROL DE TEMPERATURA														
Buena														
Con Sobrecalentamiento														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: **fuga de la zoolita.**

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Claro Rojinegro)	Se verifica activación de alarma (L1 - L0 - E0)	
2	Fuga Alarma	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-E0)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión línea de fuga	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de relé de alito	Operar manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CORRIENTE	FLEUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			ALARMA	FILTROS	SALIC	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (0-30)	Fuga (0-30)	"Fuga a 0"				001 (00-01)	002 (02-03)		
15159		36.0												Buena prueba
FIRMA MANTENIMIENTO														<i>Wilmarly</i>