

Fecha Remisión: _____ Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **SNO002692** Fecha Inicio: **22/11/20** @: **03** Fecha Fin: **22/11/20** **9:00**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

FALLA	DANO	CLASE DANO	INDICACION	CANTIDAD	ID REPORTE	SE PUEDE CAMBIAR
						SI / No
						SI / No
						SI / No
						SI / No
						SI / No
						SI / No

LISTA DE REPAROS REALIZADOS POR VACACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CÓDIGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (Pila)	Pila (Pila)	"Flujo a 0"				BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)		
	10279	6.2	07.0											Presenta Baja pureza
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Ganará Alarma		No		SI		Coff				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI / No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno / Malo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
7. CONTROL DE TEMPERATURA														
Buena / Con Sobrecalentamiento														

No.	Prueba	Descripción	Resultado	
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila		
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo		
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo		
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo		
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte		
6	Otros:			
7	Otros:			
Descripción del diagnóstico identificado				

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujoómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EO)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (LL-LO-EO)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Chequear manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CÓDIGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (Pila)	Pila (Pila)	"Flujo a 0"				BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)		
	10279	6.3	06.5											Baja pureza Med-it
FIRMA MANTENIMIENTO														<i>[Firma]</i>