



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO OAS-MM-FR-003 Fecha Actualización: 05/08/2019 Pagina 1 de 2

Fecha Remisión, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO: Código Equipo DM1400BIS 048, Fecha Inicio 23/11/20, 9:50, Fecha Fin 23/11/20, 11:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI, NO, X, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASIFICADO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, EL REPORTE, REQUIERE CAMBIADO. Includes a vertical label 'SISTEMA AUTOMATIZADO ORDENADOR DE SERVICIO'.

INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR LA LEY

Main maintenance form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'Mant. preventivo' and 'Buena'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de fugas', 'Conexión eléctrica'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT

Table with columns: No., Prueba / Situación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo = 0 (Cierre Solenoides)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica'.

Bottom section of the form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FULCROMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes 'Correcto funcionamiento' and 'Wibmar G.'.