



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
UAD-AMN-FM-003
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/08/2015
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión#: Asiller Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: MW-1304 B Fecha Inicio: 23/11/21 9:43 Fecha Fin: 23/11/21 11:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: PLAGA, DAÑO, CLASIFICACION, CANTIDAD, REPORTE, REPARADO/CAMBIO. Multiple rows with 'SI' and 'No' entries.

INDICADORES OPERACIONALES DE CONTROL FACENTE

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Fuga a B), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Observaciones: Mant. preventivo.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V (4.7V), Prueba de Fugas (OK), Conexión eléctrica (OK), Conexión electrónica (OK), Prueba de alarma (OK), Otros (OK).

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Fuga = 0 (Cero fugómetro) (ES), Fuga Máxima (6), Desconexión eléctrica (activo), Desconexión brida de fuga (activo), Activación de válvula de piloto (activo).

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Observaciones: Funciona Correctamente. FIRMA MANTENIMIENTO: [Signature]