



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAO-MAN-FR-009
Versión: 1 Fecha Actualización: 20/06/2019
Página 1 de 2

Fecha Emisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:
Destinación del equipo:
Codigo Equipo: **AN-241B** Fecha Inicio: **23/11/20** 9:13 Fecha Fin: **23/11/20** 10:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA: SI NO
FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:
FALLA: DAÑO: CLASE DAÑO: DESCRIPCION: CANTIDAD: REPORTE: REQUERIDO CAMBIADO: SI NO

En Mantenimiento: HORÓMETRO: PRESIÓN: OXÍGENO: FLEGUIMETRO: PRUEBAS DE ALARMA: BARRAS: RUEDAS: OBSERVACIONES: Mont. Correctivo
1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 5 min. Generó Alarma: No. Caud? El
2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO: 1. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos. 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena. Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenos. 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena. Si. Con Sobrecalentamiento

No. Prueba Descripción Resultado
1. Estado Pila 5.5 V Verifica voltaje de la pila 4.70
2. Prueba de Fugas Se verifica conexión neumática del equipo OX
3. Conexión eléctrica Se verifican las conexiones eléctricas del equipo OX
4. Conexión electrónica Se verifican las conexiones electrónicas del equipo OX
5. Prueba de alarma Se verifica sonido si es agudo o fuerte OX fuerte
6. Otros:
7. Otros:
Descripción del diagnóstico identificado

COÑO DESCRIPCION CANT COORNO DESCRIPCION CANT
Manguera tamaño 1

No. Prueba / Simulación Descripción Resultado
1. Fijaje D (Clave fijadora) Se verifica actuación de alarmas (L1-L2-ES) ES
2. Fijaje Manera Se verifica actuación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L2-ES) Lo
3. Desconexión eléctrica Actuación alarma sonora OX
4. Desconexión tarjeta de fijaje Desconecta líneas eléctricas OX
5. Actuación de válvula de alivio Cerrar manguera de salida de aire de compresor OX
6. Otros:
7. Otros:
8. Otros:

En Mantenimiento: HORÓMETRO: PRESIÓN: OXÍGENO: FLEGUIMETRO: PRUEBAS DE ALARMA: BARRAS: RUEDAS: OBSERVACIONES: Funciona Correctamente
11406 6.244.2 Si Si Si ES Si Si Si Si Si Si
FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.