ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FN-008
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 3

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO

Codigo Equipo	MN-18608	Fecha Inicio	24/8/21 9:00	Fecha Fin	24/8/21 10:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTONA DEPENDIENDO DE LA ASIGNACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Switch encendido	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL ESTADO DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (93%-99%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6lx)	FILTROS (5l-6lx)	BASE (5l-6lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6lx)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l-6lx)	RUEDAS (5l-6lx)	OBSERVACIONES
	7424	6.1	94.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	General Alarma	X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica actuacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión fisica eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (93%-99%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-6lx)	FILTROS (5l-6lx)	BASE (5l-6lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-6lx)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l-6lx)	RUEDAS (5l-6lx)	OBSERVACIONES
	7425	6.2	93.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	