

Fecha Remisión: _____ Recepción #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Identificación del Equipo:
 Código Equipo: **7F5AB2019020070** Fecha Inicio: **24/10/17** 7:34 Fecha Fin: **24/10/17** 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALTA	DAÑO	CLASE DAÑO	DEGRADACIÓN	CANTIDAD	REPARACIÓN	SEGURIDAD OPERATIVA
						SI
						SI
						SI
						SI
						SI
						SI
						SI
						SI
						SI
						SI

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fijo a 8" (SI-NO)				101-102	103-104			
	74.1	7.4	94.9	SI	SI	SI	LL	SI	SI	SI	NO	SI	SI	mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Genera Alarma		No		SI		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Buena					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión Asmática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al as agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fujo # 0 (Clara fluorescente)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E5)	LL
2	Fujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-E5)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de fujo	Desconecta línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de alfa	Ciclar mangiera de salida de aire de compresor	OX
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fijo a 8" (SI-NO)				101-102	103-104		
	144.62	6.7	94.5	SI	SI	SI	LL	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Fuera de Correctamente Wilmer G.