



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA TO	
Código	SA-000000-00
Versión	Fecha Actualización: 2008-03-16
Página 1 de 2	

Fecha Reporte	Remediación	Auxiliar	No. Orden
---------------	-------------	----------	-----------

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Código Estado	AN-2141B	Fecha Inicio	25/11/21 9:31
Fecha Fin	25/11/21		9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	SABO	CLARIFICADO	DESCRIPCION		CANTIDAD	SI REPORTE	REPOSTO CAMBIADO
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

PRUEBAS DE ALARMA												OBSERVACIONES			
En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	CICLADO	FLUJOMETRO	DESCRIPCION			BUBLLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					Desconexión	Pila	"Fuga a B"				BASE	BASE			BASE
	14937	6.095.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Mant. Preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma		SI		Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		Miles		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Examen Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma fuerte	OK fuerte
6	Otros		
7	Otros		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Puls + 0 (Cierre Automático)	Se verifica activación de alarma (LL - LD - ES)	Lo
2	Puls. Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sensor de flujo	Desconexión alarma electrónica	OK
5	Activación de válvula de gases	Operar mangos de salida durante de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PRUEBAS DE ALARMA												OBSERVACIONES			
En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	CICLADO	FLUJOMETRO	DESCRIPCION			BUBLLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					Desconexión	Pila	"Fuga a B"				BASE	BASE			BASE
	14937	6.195.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Forma Mantenimiento Completamente Wilmar