

Fecha Recepción: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **DM190 B15067** Fecha Inicio: **26/10/21** 9:02 Fecha Fin: **26/10/21** 10:41

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALTA	DAÑO	CLASE / TIPO	FECHA INICIO	FECHA FIN	REPUERTO CAMBIADO

ADICIONALES CADA POR SU PARTE

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			HEBILLAS	FILTROS	VALVULAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-25)	Pila (20-25)	"Flujo a 0"				BASE (20-25)	MANEJO (20-25)		
6763	8.4	95.9	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma		X		SI		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Midas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Moto	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje en la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		OK
7	Otros:		OK

parte

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO IDENTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar válvulas)	Se verifica activación de alarmas (AL - LD - ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y AL - LD - ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desactiva línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Distiñe y respalda de salida de flujo de emergencia	N.A
6	Otros:		N.A
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			HEBILLAS	FILTROS	VALVULAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-25)	Pila (20-25)	"Flujo a 0"				BASE (20-25)	MANEJO (20-25)		
6763	8.4	95.9	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Fuera de contacto

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Firma]*