



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OAD-MAN-FR-009
Versión: 1
Fecha Actualización: 01/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Código Equipo: 2020080000116A Fecha Inicio: 26/11/21 7:33 Fecha Fin: 26/11/21 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CAUSA DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, IMPORTE, REQUERIDO CAMBIADO. Includes rows for various maintenance items.

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 1415, 4.6, 95.1, Si, Si, Si, Es, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Mant. preventivo.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes rows for: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes a row for 'Descripción del diagnóstico identificado'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes rows for: 1. Flujó - 0 (Cilindro Regulador), 2. Flujó Máximo, 3. Desconexión eléctrica, 4. Desconexión leje de flujo, 5. Activación de válvula de alivio.

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 1915, 6.9, 95.6, Si, Si, Si, Es, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Concurto fuoramente, Valdivia.