ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	RAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

BITÁCORA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

* Código Equipo	971 192 815 763	Fecha Inicio	27/11/21 7:33	Fecha Fin	27/11/21 8:37

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLASA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPORTE CAMBIADO	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DISPENSADOR

DATA RECOLECTADA CADA TRATAMIENTO POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	HUMILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Nm)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(5l/m)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-SS)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	
	3502	8.5	96.9	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba:	12 Hrs	Generó Alarma	No X	SI	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido oír agudo o fuerte	OK parte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SS)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-SS)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	HUMILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Nm)	(5-7 PSI)	(90% - 95%)	(5l/m)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-SS)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	
	3503	8.4	96.7	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Funcionc Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.