

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO	
		Codigo		000-AMM-05-005		Versión: 1	
		Fecha Actualización		04/09/2018		Página 1 de 3	
Fecha Realización		Número #		Auxiliar Mantenimiento		Nº Orden	
IDENTIFICACION DEL EQUIPO							
Código Equipo	5N012 2599		Fecha Inicio	27/10/21	10:02	Fecha Fin	27/10/21 11:10
EQUIPO CONTAMINADO POR FORBIDE PLAGA		SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CLASE	CARGO	CAUSAS		REPERTE/RECAMBIOS	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
EQUIPO CONTAMINADO POR FORBIDE PLAGA							
En Mantenimiento							
HIDROMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REACTIVOS
1549	6.4	94.0	SI	Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REACTIVOS
				SI	SI	N.A	SI
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 hora	Control Alarma	SI	SI
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI	SI
3. DAÑOS IDENTIFICADOS							
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Duero	SI
						Con Solucionamiento	
OBSERVACIONES							
Mont. Pruebas							
No.	Prueba	Descripción					Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila					OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mecánica del equipo					OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al no agudo o fuerte					OK
6	Otros:						parte
7	Otros:						
Descripción del diagnóstico identificado							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.		
No.	Prueba / Simulación	Descripción					Resultado
1	Flujo a 0 (Claro Flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L5 - E0)					N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora LED Rojo o LED amarillo y (L1-L5)					N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora					OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión eléctrica					N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstacul máximo de salida de pila de computar					N.A
6	Otros:						
7	Otros:						
8	Otros:						
OBSERVACIONES							
Funciona correctamente.							
Firma Mantenimiento							
Wilmal							