



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: OX-MAN-PR-008
 Versión: 1 Fecha Actualización: 03/04/2013
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Identificación del Equipo:
 Código Equipo: **2018040000126** Fecha Inicio: **29/1/20** 9.04 Fecha Fin: **29/1/20** 10:42

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO Fecha Inicio Aslamiento: _____ Fecha Fin Aslamiento: _____

FALLA	TIPO	CLASIFICACION	CONTENIDO		RESPORTE		RESULTADO COMPROBADO		
			DESCRIPCION	CAUSAS	RECOMENDACIONES	FECHA	FECHA	SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REPLICAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-A)	Pila (E-S)	"Falso a E"				BASE (E-1)	BASE (E-2)	BASE (E-3)		
4682	64	93.6	5	5	5	5	EX	5	5	5	5	5	5	5	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		NO	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bajo	Med					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	5		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión hidráulica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al estar agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Falso a 0 (Cero 0) (E-A)	Se verifica activación de alarma (L-L - L) - (E)	ES
2	Falso Motor	Se verifica activación de alarma visual y sonora (L-L Rojo o LED amarillo) (L-L-E)	60
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida dentro de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REPLICAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-A)	Pila (E-S)	"Falso a E"				BASE (E-1)	BASE (E-2)	BASE (E-3)		
4683	64	93.4	5	5	5	5	ES	5	5	5	5	5	5	5	Fuera Correctamente Firma Mantenimiento: <i>blimay</i>