

Fecha Revisión: _____ Revisado: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NV-4895B** Fecha Inicio: **29/11/11** 9:02 Fecha Fin: **29/11/11** 10:31

GRUPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	NOMBRE UNO	PRESION	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	GASES	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Fila	"Flujo a 0"				SI-NO	SI-NO	SI-NO			SI-NO
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)
11/05	6.2	93.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Mant. preventiva	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba **90 min** Generó Alarma Cual? _____

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO **X** 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena Mala _____

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena Mala _____

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento _____

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al estagudo o fante	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LD Rojo o LED amarillo (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Ocluir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	NOMBRE UNO	PRESION	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	GASES	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Fila	"Flujo a 0"				SI-NO	SI-NO	SI-NO			SI-NO
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)
11	6.2	92.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Firma Mantenimiento Wilmar G.	