# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAD-MAN-FR-020 |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/05/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Código Equipo | I.N-28713 | Fecha Inicio | 29/11/21 7:35 | Fecha Fin | 29/11/21 18:43 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | | | Si | | No | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (91%-96%) | FLUJOMETRO (5l-Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min) | Pila (5l-Min) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (5l-Min) | FILTROS (5l-Min) | BASE (5l-Min) | CODIGO DE BARRAS: BASE (5l-Min) | CODIGO DE BARRAS: MANIJA (5l-Min) | RUEDAS (5l-Min) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13571 | 6.1 | 94.7 | 5l | 5l | 5l | ES | 5l | 5l | 5l | NO | 5l | 5l | Mant. Correctivo |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 7 min | Generó Alarma | No | | Si X | Cual? | Gl |
| 2. RÚIDO EXTRAÑO | Si | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | | Malas X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | | Malo | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila S.S. V | Verifica voltaje de la pila | SV |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | Ok |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Ok |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | Ok |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mangueras bajo refrigeración | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Activo |
| 4 | Desconexión cajas de flujo | Desconecta linea eléctrica | Activo |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Activo |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0-7 PSI) | OXIGENO (91%-96%) | FLUJOMETRO (5l-Min) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min) | Pila (5l-Min) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (5l-Min) | FILTROS (5l-Min) | BASE (5l-Min) | CODIGO DE BARRAS: BASE (5l-Min) | CODIGO DE BARRAS: MANIJA (5l-Min) | RUEDAS (5l-Min) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13572 | 6.1 | 94.5 | 5l | 5l | 5l | ES | 5l | 5l | 5l | Na | 5l | 5l | Funciona Correctamente |

| FIRMA MANTENIMIENTO | Wilmar G. |
|---|---|