

Fecha Realización: \_\_\_\_\_ Revisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **AAJ-3419B** Fecha Inicio: **30/11/21 9:05** Fecha Fin: **30/11/21 10:49**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

FALLA	CAUSA	CLASE DAÑO	FECHA INICIO	FECHA FIN	CANTIDAD	NO. REPORTE	REBUEYO CAMBIADO
✓		Switch encendido			✓		SI
✗		base			✓		SI
							SI
							SI
							SI
							SI
							SI

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIBENDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEJAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flejo a 4" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	VERBA		
2021	6.2	89.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Ment. Correctas	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		7 min		Generó Alarma		No		SI		K		Cual?		6
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena		SI		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.80
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Anillos	2			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre de prueba)	Se verifica activación de alarmas (L1-L3 - E2)	ES
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3 - E2)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión flejo eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Chequea manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIBENDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEJAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flejo a 4" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	VERBA		
2021	6.3	94.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento	
PRIMA MANTENIMIENTO														Wlmer G.	