

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Remisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **MM-22343** Fecha Inicio: **30/11/21** 7:35 Fecha Fin: **30/11/21** 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA / DAÑO	CAUSE DAÑO					
	<b>Peniza</b>					

En Mantenimiento	HONÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEALLES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MARCA (SI/NO)	SI/NO		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	625	6.4	94.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI		<b>Man. Correcto</b>	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		<b>9min</b>		Generó Alarma		<b>NO</b>								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	<b>NO</b>	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		<b>X</b>								
4. DAÑOS IDENTIFICADOS															
4. ESTADO DE LAS CONDICIONES	<b>Buena</b>				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	<b>4.2V</b>
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	<b>OK</b>
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	<b>OK</b>
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	<b>OK</b>
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	<b>puerle</b>
6	Otros:		
7	Dece:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Clase Flujo/metro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	<b>SI</b>
2	Fuga Manómetro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL/LS-ES)	<b>NO</b>
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	<b>Correcto</b>
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión alarma electrónica	<b>Correcto</b>
5	Activación de válvula de alivio	Clausura manguera de salida de aire de compresor	<b>Correcto</b>
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HONÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEALLES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a 0" (SI/NO)				BASE (SI/NO)	MARCA (SI/NO)	SI/NO		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	625	6.1	93.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI		<b>Correcto funcionamiento</b>	
FIRMA MANTENIMIENTO														<b>Walter G.</b>	