ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 1	Fecha Actualización: 05/09/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	IW-4393	Fecha Inicio	29/11/21 5:01	Fecha Fin	29/11/21 11:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA ELECTRICO (CIRCUITOS DE CONTROL)

										Si		No	
										Si		No	
										Si		No	
										Si		No	
										Si		No	
										Si		No	
										Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-5v)	Pila (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	HOJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 l/m - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 l/m - NO)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	11559	6.0	88,9	5 l/m	5 l/m	5 l/m	ES	5 l/m	5 l/m	5 l/m	5 l/m	5 l/m	5 l/m	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	35 min	Generó Alarma	No [ ]	Si [X]	Cual?	Lo			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno [ ]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X]	Malo [ ]		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5 l/m	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.6. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Famiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clame flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-5v)	Pila (5l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	HOJILLAS (5l/m)	FILTROS (5l/m)	BASE (5l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l/m - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l/m - NO)	RUEDAS (5l/m)	OBSERVACIONES
	11559	6.2	97.0	5 l/m	5.0	5 l/m	ES	5 l/m	5 l/m	5 l/m	5 l/m	5 l/m	5 l/m	Correct Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.