ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-020
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2010
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-199 B	Fecha Inicio	29/11/21 9:30	Fecha Fin	29/11/21 10:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA (REPORTADO) OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE		REMESA		AMPARADO	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	
							SI		No	

ACTIVIDADES REALIZADO POR PACIENTE

	OBS

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			PALAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0" (LO-ES)				BASE	MANIJA		
	[Hrs]	[L-T Psi]	[90% - 95%]	[SI-No]	[SI-No]	[SI-No]		[SI - No]	[SI - No]	[SI - No]	[SI - NO]	[SI - NO]	[SI - No]	
	1980	6.3	90.9	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 min	Genero Alarma	No		Si X		Cual?	E1
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.81
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Humir	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta toma eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			PALAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0" (LO-ES)				BASE	MANIJA		
	[Hrs]	[L-T Psi]	[90% - 95%]	[SI-No]	[SI-No]	[SI-No]		[SI - No]	[SI - No]	[SI - No]	[SI - NO]	[SI - NO]	[SI - No]	
	1982	6.3	90.2	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funcionamiento Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.