

Fecha Remisión: _____ Recepción #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **AN-BIB3** Fecha Inicio: **27/4/21** **8:43** Fecha Fin: **27/4/21** **10:52**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO Y FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	¿ESSE DAÑO?	REPARACIÓN	CANTIDAD	NO REPARATE	REPARE	CAMPAÑA
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				B15	BANJA	B145		
					(B15)	(B14)	(L02)				(B14)	(B14)	(B14)		
	25705	6.2	74.2	7:	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Ment. Correcto	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		30 min		Cesó Alarma		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	10	
2. RUJIDO EXTRAÑO	SI	SI	SI	SI	3. ESTADO DE MANGUERAS			SI	SI	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			SI	SI
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA			Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al estarlo o fuera	OK parte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tanque	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cero flujo/zero)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E0)	ES
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-E0)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión alarma visual	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				B15	BANJA	B145		
					(B15)	(B14)	(L02)				(B14)	(B14)	(B14)		
	2570761	95.0	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Fuera de funcionamiento	
FIRMA MANTENIMIENTO														Wilmahy	